



บันทึกข้อความ

คณฑ์เทคโนโลยีการเกษตร
รับเลขที่ 1992
วันที่ 21 มิ.ย. 2566
เวลา 10.42 น.

ส่วนราชการ งานวิจัยและบริการการศึกษา คณฑ์เทคโนโลยีการเกษตร

ที่ อา ๐๖๑๒.๐๓.๐๑.๐๒/ ปพว

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุเคราะห์ซ่อมเครื่องซึ่งไฟฟ้าดิจิตอล ๒ ตำแหน่ง

เรียน คณบดีคณฑ์เทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่คณฑ์เทคโนโลยีการเกษตรได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลและให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ งานบริการวิชาการในการฝึกอบรมและงานตรวจสอบเครื่องตัวอย่าง ประจำอาคารแพรรูปผลิตผลทางการเกษตร พบว่าเครื่องซึ่งไฟฟ้าดิจิตอล ๒ ตำแหน่ง ยี่ห้อ OHOUS รุ่น NVL 2101 เลขเครื่อง ๘๓๓๖๔๕๖๐๓๙ รหัสครุภัณฑ์ ๐๘-๑๔-๐๐-๐๐๐๐๓/๒๕๖๖ ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการแพรรูปอาหาร ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้และไฟไม่เข้าเครื่อง เนื่องจากช่องเสียบอะแดปเตอร์ชำรุด จึงขอความอนุเคราะห์คณฑ์เทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเครื่องมือ เพื่อให้เครื่องมือสามารถให้บริการได้ การเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ)

นักวิทยาศาสตร์

๑) รับทราบแล้ว

ผู้จัดการฯ
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ

๒๐ ม.ย. ๖๖

② เรียน คณบดี

เพื่อไปรษณรงค์

เพื่อโปรดพิจารณา

ที่นี่ครับ...
ขออภัยด้วยนะครับ
ขออภัยด้วยนะครับ

.....
(นายภาณุพงษ์ ท่านตี)
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

③ อยู่บ้าน
✓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตต์ อัจฉริยมนตรี)
คณบดีคณฑ์เทคโนโลยีการเกษตร

21 มิ.ย. ๒๕๖๖

ภาพเครื่องชั่งดิจิตอลศนิยม 2 ตำแหน่ง

ยี่ห้อ OHAUS รุ่น NVL2101

